+

Rapport

DE
CHIRURGIE
N

Mr. Henry Chirurgien à Auxere, a Envoyé à l'academie une Machine pour faciliter la reduction des luxations de l'humerus avec l'omoplate, Et du femur avec celuy des Anches.

Le Corps de cette machine imite le Cric qui est un instrument connu depuis très long tems, Il est Vray que Mr. Henry à ajouté un anneau à l'Extrémité d'antée et un espèce de croiçant un peu mobile a l'autre extrémité :

Nous ne ferons pas icy une description plus étendue de cette Machine, tant par ceque Monr. Henry y a Satisfait que par ce qu'il a Envoyé la Machine en original. Ainsi il ne nous reste qu'à en dire notre Sentiment, ce que nous alons faire en envisageant la chose Sous deux points de vue différends Sçavoir relativement a la découverte de cette Machine et ensuite a Son utilité pour les Cas proposés.

Relativement a la découverte nous n'y voyons rien de Mr. Henry, Car comme nous venons de le dire, C'est un Cric connu de tems immémorial auquel on à ajouté l'Equivalant des antenes du déluxatoire de Mr. Petit, et quant à l'application de cette machine contre les luxations elle n'est pas nouvelle puis qu'on voit cette même Machine gravée a la 22.me planche de l'arsénal de Scultet, page 507. de l'Edition de 1741 imprimée à Amsterdam; D'ailleurs Mr. Vespa professeur

ARC 12 d 39 n° 2

en chirurgie a florence m'a assuré avoir Vu à —
Boulogne, il y a deux ans ou environ une Machine
Semblable en tout à celle que nous a présenté Mr. —
Henry, si on en excepte qu'elle étoit moins matérielle
mais Egalement destinée a la réduction des Os longs.

Voila donc déja un point discuté au desavantage
de Mr. Henry, passons a l'utilité de cette Machine —
que ce chirurgien ne fait que proposer, ne disant pas —
en avoir jamais fait usage sur le Vivant, n'y aucun
Essay sur les Cadavres. ~~[illegible]~~

Nous avons cru devoir faire quelques ~~tentatives~~ —
application de cette machine sur le vivant, en suivant —
le Manuel décrit par Mr. Henry, et nous croyons avoir
reconnu que cette Machine ne peut remplir plus simple=
=ment les vues du chirurgien que celle de Mr. Petit —
lors qu'il s'agira de la réduction de l'humérus ou du femur
mais nous doutons qu'elle puisse rester appliquée sans —
inconvenient, jusqu'à la fin de la cure comme l'avance
Mr. Henry pour le Cas de la fracture oblique de l'os —
de la Cuisse, et par consequent pour les fractures —
compliquées: au reste ce seroit une tentative a faire —
pour en etre plus sur.

Nous soussigné commissaire nommée par l'academie
Royalle de Chirurgie, Concluons que quoi que cette Machine
paroisse avoir quelque sorte d'avantage sur celle de —
Mr. Petit dans deux Cas et qu'elle put même reussir —
dans les deux autres où nous avons marqué du doute,
nous ne pouvons cependant accorder a Mr. Henry qu'il en
Soit l'inventeur à aucun Egard, fait a Paris le 5. Avril 1757

Levret